

TEST KIT DE CLORO LIBRE

Fecha de emisión:	10/04/2017
Fecha de Revisión:	02/01/2023

DESCRIPCION

Kit especial para análisis de Cloro Residual Libre en aguas.

El método de análisis es por colorimetría mediante la reacción de reactivos químicos en la muestra de agua, el cual dará como resultado una coloración, el cual se compara visualmente con la escala de colores estándares, obteniéndose el resultado.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Marca	:	HANNA INSTRUMENTS
Procedencia	:	USA
Modelo	:	HI 3831F
Método de análisis	:	Rango colorimétrico
Rango	:	0.0-2.5 mg/L
Incremento mínimo	:	0.5 mg/L
Método químico	:	DPD
Número de tests	:	50 aprox.
Peso	:	176 g